

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2019-618	<b>REFERENCIA</b> PS/CH/55990
<b>PRODUCTO</b> Desinfectante UNISEPTA FOAM 2. Código de artículo 2458241_L3, 2458241GM, 2458953, 2458539_L3.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Espuma para la desinfección y la limpieza de productos sanitarios no sumergibles y no invasivos en entornos dentales.	
<b>Nº LOTE</b> Ver nº lote afectados en el Anexo II de la Nota de Aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> USF Healthcare S.A., Suiza.	
<b>ASUNTO</b> Cese de la utilización y retirada del mercado de determinados códigos de artículos y lotes del desinfectante UNISEPTA FOAM 2, debido a que pueden estar contaminados por <i>Burkholderia Cepacia</i> .	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	

