

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2020-358	REFERENCIA PS/TS/59518
PRODUCTO Hygenic® Dental Dam Forceps p/n H01262. Dicho producto puede formar parte de diferentes kits: <ul style="list-style-type: none"> • Hygenic Simple Dam Kit™, p/n 60019066 • Hygenic Winged Fiesta Kit™, p/n H02778 • Hygenic Wingless Fiesta Kit™, p/n H02790 	
FINALIDAD PREVISTA Pinzas que permiten la transferencia y fijación segura de los clamps al diente.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Coltene/Whaledent Inc., EE.UU.	
DISTRIBUIDORES <ul style="list-style-type: none"> • PROCLINIC S.A. C/Palermo No. 9 Plataforma Logística Plaza. 50197 Zaragoza • Henry Schein España S.A. Avenida de la Albufera, 153, 8ª. 28038 Madrid • Internacional Ventur S.A. Luxemburgo, 75. 12006 Castellón 	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de las pinzas Hygenic Dental Dam, debido a la posibilidad de que tengan un tamaño de pin más grande de lo aceptable, lo que podría dificultar la inserción de la pinza en los clamps Hygenic o Fiesta.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	

