

ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2018-436	REFERENCIA PS/PRV/47272
PRODUCTO Implante dental RePlant 4,3mmD x 13mmL, plataforma 4,3mmD, nº de catálogo 604313U.	
Nº LOTE 108191	
FABRICANTE Implant Direct Sybron Manufacturing LLC, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Implant Direct Iberia SL, sita en calle Ramírez de Arellano nº 17 1ª planta, 28043 Madrid	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 108191 del implante dental modelo RePlant®, nº de catálogo 604313U, debido a la posibilidad de que contenga una pieza que no se corresponde con el implante indicado en el etiquetado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	