



## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2018-278	<b>REFERENCIA</b> PS/CGG/45346
<b>PRODUCTO</b> Milling drill D1.5mm (Ref. 65050)	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Fresa dental	
<b>FABRICANTE</b> Alpha- Bio Tec. Ltd., 4951025 Petach Tikva, Israel	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Medical 10 S.L., Camino de San Rafael 119-121, 29006 Málaga, España	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado de todos los lotes de las fresas Milling Drill D1.5mm (Ref. 65050), debido a un problema relacionado con el diseño del producto que puede causar un deterioro temporal o reversible al poder realizarse una cavidad en el hueso mayor a la deseada.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Localizador: 88P3DGB45C

Fecha de la firma: 28/05/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO

Página 1 de 1

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8  
28022 MADRID  
Fax: (+34) 91.822.52.89

psvigilancia@aemps.es