

## ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2018-363	<b>REFERENCIA</b> PS/PRV/46498
<b>PRODUCTO</b> Implantes dentales BEGO Semados SC 3.25 L13. Nº de artículo: 58163	
<b>Nº LOTE</b> 034884	
<b>FABRICANTE</b> BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, Alemania	
<b>DISTRIBUIDOR</b> BEGO Iberia S.L.U., C/ Frederic Mompou 4, 5º 1º, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado del lote 034884, de los implantes dentales BEGO Semados SC 3.25 L13, nº de artículo 58163, debido a un error de etiquetado del envase, que podría dar lugar a la elección de un tamaño de implante incorrecto, pudiendo causar daño al nervio o a otra estructura anatómica durante su inserción.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Localizador: ZRK5L55CA1

Fecha de la firma: 06/07/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO

psvigilancia@aemps.es

Página 1 de 1

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8  
28022 MADRID  
Fax: (+34) 91.822.52.89