



ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2018-062	REFERENCIA PS/CH/43247
PRODUCTO Implantes dentales SwishPlus y SwishTapered	
REFERENCIAS Y LOTE Ver referencias y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Implant Direct Sybron Manufacturing LLC, EEUU	
DISTRIBUIDOR Implant Direct Iberia, sita en C/ Ramírez de Arellano 17, 1º, 28043, Madrid	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que los extensores que se incluyen con los implantes estén empaquetados en posición incorrecta.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa.• Instrucciones para la correcta orientación de los extensores SwishTapered y SwishPlus	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Localizador: 82PK7QA76C

Fecha de la firma: 01/02/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO

Página 1 de 1

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89

psvigilancia@aemps.es