



ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA 2018-281	REFERENCIA PS/MRG/45558
PRODUCTO Implante dental cónico Tapered Screw-Vent® MTX Nº Catálogo: TSVM4B10	
Nº LOTE 63781164	
FABRICANTE Zimmer Dental, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Biomet 3i Dental Ibérica SLU. WTC Almeda Park, Edificio 4, Planta 2ª - C/Tirso de Molina , 40 – 08940 Cornellà de Llobregat – Barcelona	
ASUNTO Retirada del mercado del lote nº 63781164 de los implantes Tapered Screw-Vent® MTX, referencia TSVM4B10, debido a que las etiquetas del historial del paciente indican, de manera incorrecta, TSVB10 lote 63773888.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso de la empresa.	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Localizador: 6EF9P6J0A2

Fecha de la firma: 29/05/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO

Página 1 de 1

psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89